

# PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 00

Níže podepsaný, **ATEQ**, výrobce měřicích přístrojů

**ATEQ F620 REF: 283.00** | **ATEQ F610 REF: 362.00** | **ATEQ F620 REF: 363.00**

prohlašuje, že uvedené měřicí přístroje jsou ve shodě s následujícími požadavky:



- Směrnice O STROJNÍCH ZAŘÍZENÍCH 2006/42/ES.
- NÍZKÉ NAPĚTÍ - Směrnice 93/68/CEE týkající se:
  - standard EN 61010-1.
- Směrnice EMC 2004/108 / ES týkající se:
  - standard EN 61000-6-2,
  - standard EN 61000-6-4,
  - standard EN 61 000-4-2,
  - standard EN 61 000-4-3,
  - standard EN 61 000-4-4,
  - standard EN 61000-4-6,
  - standard EN 61000-4-11.

Dodržení uvedených standardů umožňuje společnosti ATEQ garantovat, že daný měřicí přístroj vyhovuje všem předpisům a může být bezpečně používán při dodržení následujících podmínek:

- vnitřní použití,
- použití do nadmořské výšky 3000 m.n.m.,
- použití při okolní teplotě v rozmezí od 5 °C do 45 °C,
- maximum 100% relativní vlhkosti bez kondenzace,
- fluktuace napětí v rozvodné síti nesmí přesáhnout 15% nominálního napětí,
- přechodné krátkodobé přepětí podle KATEGORIE INSTALOVÁNÍ II stejně jako dle standardu CEI 664,
- stupeň znečištění 2 jako ve standardu CEI 664 (pouze nevodivé znečištění).

Měřicí přístroje **ATEQ F620 REF: 283.00**, **ATEQ F610 REF: 362.00** a **ATEQ F620 REF: 363.00** jsou vybaveny ochranným uzemněním umístěným na zadním panelu přístroje, který je současně propojen do vnitřní části přístroje ve shodě s bezpečnostními standardy. Konektor na tomto uzemnění je dále určen pro připojení externího systému uzemnění.

Symbol na přístroji pro toto uzemnění:



Mr. Jacques MOUCHET  
President

**ATEQ**

Tél. : 33 (1) 30 80 10 20 - Fax : 33 (1) 30 54 11 00 - Telex : 698468F  
15, rue des Dames - 78340 LES CLAYES SOUS BOIS - France